K-123Miniサイドレール

取扱説明書

※K-123Miniサイドレールは2本1組です。

このたびは、K-123 Miniサイドレール**をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。**

この取扱説明書には、K-123 Miniサイドレールを安全にお使いいただくための注意事項、ベッドへの取り付け方法や使用方法などを記入しています。

●K-123Miniサイドレールをお使いになる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

●K-123Miniサイドレールをご使用になられる方だけでなく、介護する方もこの取扱説明書をお読みく　ださい。

●この取扱説明書はお読みになったあとも、いつでも見られる場所に保管してください。

販売業者の方へのお願い

この取扱説明書は、必ず療養される方か介護される方へお渡しください。

シーホネンス株式会社

安全にお使いいただくために

●必ずお読みください

必ずご使用前に『安全にお使いいただくために』をよくお読みになり正しくお使いください。
製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、損害を未然に防止するためのものです。
説明書の内容を無視し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を下の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。

警　告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が生命にかかわるケガ、もしくは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注　意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●使用について

警　告

●本製品は弊社製品の『CORE - 850R/880Rシリーズ』専用のサイドレールです。他社のベッドには絶対に使用しないでください。
●本製品に付属品以外の部品を使ったり、改造をしないでください。
●本製品を持ってベッドの移動は絶対にしないでください。
●ベッドの背上げ膝上げ動作時、「K-123 Miniサイドレール」本体に身体や手足を差し入れないでください。周辺の介護用品などに挟り大変危険です。

注　意

●幼児や小さいお子様を本製品で遊ばさないでください。
●本製品に腰掛けたり、極端な荷重をかけないでください。
●サイドテーブルをご使用の場合は、ベッドから必ず離してベッドの各操作を行ってください。

ベッドへの取り付け位置

●K-123 Miniサイドレール は左図のサイドレールホルダー穴に取り付けてください。
●K-123 Miniサイドレール は 2 本 1 組で、ベッド 1 台に 4 本まで使用できます。

注　意

左図以外の位置に取り付けないでください。事故や破損の原因になります。

ベッドへの取り付け方

●サイドレール上部を持ち、ホルダー穴に「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

警　告

取り付けるとき、オレンジボタンを持って差し込むと、指を挟むことがあります。必ず図のようにサイドレールの上部を、両手でしっかり持って差し込んでください。

ベッドへの取り外し方

●サイドレールのオレンジボタン（左右 2 カ所）を指で押しながら、両手でしっかりつかんで引き抜いてください。

注　意

取り外すとき、オレンジボタンを押さずに引き抜こうとすると、サイドレールやベッドが壊れる恐れがありますので、絶対にしないでください。

お手入れの仕方

注　意

必ず水で薄めた中性洗剤を使用してください。
揮発性のシンナー、ベンジン、アセトン、アルコールなどは、絶対に使用しないでください。本体が変色したり、塗装が剥げたりします。

●ふき掃除をする場合は、柔らかい布などを使用し、水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞って行ってください。

●その後、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

修理・お取り扱いお手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店、
レンタル取次店へお申し付けください。

【カスタマーサポートお問い合わせ窓口】

FreeCall 0120-20-1001（無料 ツーワ） 10月1日は福祉用具の日

シーホネンス株式会社 ケプロコア営業部

〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目10番17号 TEL（06）6981－3432